

DOCUMENTO EXTERNO (PÚBLICO)

Petición de ofertas para la adquisición de:

1. Citómetro analizador SONY SP 6800

Número de Serie: 1500018

Modelo: SP6800

Fabricante: Izasa Scientific

Fecha puesta en servicio: 2014

Equipo adquirido mediante el EXP 2014/UE/08

Características del equipo:

Láser excitación	488 nm Blue (40 mW) 635 nm Red (60 mW) 405 nm Violet (60mW)
Filtros	ninguno
Detectores PMT	1 (32 channel array)
Rango de Detección	410nm-800nm
Parámetros	2 scatter, 30 colores, autofluorescencia y tiempo
Rango Flujo	18-60 µl/min
Volumen Muerto	50 nl
Volumen mínimo de muestra	100 µl
Velocidad de análisis	20.000 eps
Sensibilidad	FITC=300 MESF PE=200
Arrastre	<0,1
Tubos	12x75ml, 5 ml
Cargador	Single tube
Unidad Neumática	Tanque de sheath, 10L (presurizado), tanque de Sheath, 10l, tanque de agua, 5L
Informática	Windows 8, 64-bit
Medidas	55 cm x 55 cm x 72 cm

DOCUMENTO EXTERNO (PÚBLICO)



El comprador se hace cargo de cuantas responsabilidades puedan contraerse por la propiedad, tenencia y uso de los equipos a partir del momento de la entrega y correrá de su cargo la desinstalación y transporte.

El comprador declara conocer el estado actual de desuso de los bienes y exonera de manera expresa al CNIC de cualquier responsabilidad por vicios o defectos ocultos y de todo tipo de reclamaciones económicas asociadas a su puesta en marcha y/o utilización de los equipos y/o sus módulos o elementos, así como de posibles averías -presentes o futuras- o malfuncionamientos que hayan podido derivarse de la falta de uso del equipo.

Enviar ofertas a: jaalonso@cnic.es